



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
Технички сектор, Служба одржавања водомера у мрежи
Лабораторија за контролисање водомера
Лесковац, Пана Ђукића 14

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Контролисање у области мерних инструмената: водомери за хладну воду / *Inspection in the field of measuring instruments: cold water meters*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-04: Мерни инструменти (мерила)				
1.	Водомери за хладну воду називног пречника од 13 mm до 40 mm, називног протока до 10 m ³ /h (опсег протока је од 0,03 m ³ /h до 20 m ³ /h)	Периодично контролисање * Ванредно контролисање *	Правилник о метролошким условима за водомере („Службени лист СФРЈ” бр. 51/1986) Метролошко упутство за преглед водомера („Гласник СЗМДМ” бр. 2/1990) *У вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)	Л1

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Лесковац, Влајкова 197, Биљана Илић (064/39-00-395, lab.vodomeri@vodovodle.rs)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број /
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No **06-129**

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date **24.03.2025.**

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара