



## ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

### *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**ФЕРОМОНТ ДОО СТАРА ПАЗОВА**  
Стара Пазова, Бранка Радичевића 67

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
*(ISO/IEC 17020:2012, tipe C)*

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање у области мерних инструмената: гасомери са меховима, ознаке величина G4 и G6, опсега протока гаса (0,04-10) m<sup>3</sup>/h са и без температурне компензације / *inspection in the field of measuring instruments: gas meters with bellows, the size G4 and G6, the range of flow from 0,04m<sup>3</sup>/h up to 10m<sup>3</sup>/h, with and without temperature compensation.*

**Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope**

Р.Б.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-04: Мерни инструменти (мерила)</b>				
1.	Гасомери са меховима, ознаке величина <b>G4</b> и <b>G6</b> , опсег протока гаса (0,04 – 10) m <sup>3</sup> /h са и без температурне компензације	Редовно контролисање*  Ванредно контролисање*	Правилник о метролошким условима за проточна мерила за запремину гаса („Службени лист СРЈ“ бр. 45/1998)  Метролошко упутство за преглед гасомера („Гласник ЗМДМ“ бр. 2/2000)  <sup>a</sup> у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Сл. Гласник РС“, бр. 3/2018)	Л1
2.	Гасомери са меховима, ознаке величина <b>G4</b> и <b>G6</b> , опсег протока гаса (0,04 – 10) m <sup>3</sup> /h са и без температурне компензације	Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о мерилима „Службени гласник РС“, бр. 3/2018) Прилог 1 и Прилог 4 (MI-002)  SRPS EN 1359:2017 OIML R 137-1:2006	Л1

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Стара Пазова, Жарка Зрењанина 47 тел. 022 315316 e-mail: mihailo.borojevic@feromont.rs

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-086**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

Акредитација важи до /  
*Accreditation expiry date* 20.08.2024.

**ДИРЕКТОР**

**мр Драган Пушара**