



**ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ**  
*Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**KONTROLA VAGA DOO NOVI SAD**  
Нови Сад, Стефана Дечанског 26

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
*(ISO/IEC 17020:2012, type C)*

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање у области мерних инструмената: неаутоматске ваге; аутоматске ваге, аутоматске дозирне ваге; аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења (вага са кошом) / *non-automatic weighing instruments, automatic gravimetric filling instruments, automatic weighing instruments with summation of discontinuous measurement results (basket scales).*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
<b>К-04 Мерни инструменти (мерила)</b>			
1.	Неаутоматске ваге класа тачности (I) до 1 kg класа тачности (II) до 20 kg класа тачности (III) и (III) до 70 t	Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о оверавању неаутоматских вага („Сл. гласник РС“, бр. 99/2023)
2.	Аутоматске дозирне ваге класа тачности X(0,2), X(0,5), X(1), X(2) и А, В до 800 kg	Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о оверавању аутоматских дозирних вага („Сл. гласник РС“, бр. 115/2023)
3.	Аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења (вага са кошом) класа тачности (0,2); (0,5); (1) и (2) до 5000 kg	Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о оверавању аутоматских вага са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења (вага са кошом) ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023 и 93/2024)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-076**  
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / **07.09.2027.**  
Accreditation expiry date

**ДИРЕКТОР**

**мр Драган Пушара**