



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

Друштво са ограниченом одговорношћу
Фабрика Мерних Трансформатора Зајечар
Контролно тело “ФМТ-Контрола”
Зајечар, Стражиловска 57

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(*ISO/IEC 17020:2012, type C*)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Прво контролисање струјних мерних трансформатора највише струје до 3000А. Класе тачности 0.1, 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S / *Initial inspection of current transformers for highest voltage up to 3000A. The accuracy measurement class 0.1, 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S;*
- Прво контролисање напонских мерних трансформатора највишег напона опреме до 36kV. Класе тачности 0.1, 0.2, 0.5 / *Initial inspection of voltage transformers for highest equipment voltage up to 36kV. The accuracy measurement class of which is 0.1, 0.2, 0.5.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-04 Мерни инструменти (мерила)			
1.	Струјни мерни трансформатори највише струје до 3000А. Класе тачности: 0.1, 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S	Прво контролисање	Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Сл. Гласник РС" бр. 88/22)
2.	Напонски мерни трансформатори највишег напона опреме до 36 kV за називне снаге при фактору снаге 0.8 индуктивно (за терете напонског мерног трансформатора, тип II) Класе тачности: 0.1, 0.2, 0.5	Прво контролисање	Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Сл. Гласник РС" бр. 88/22)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **06-142**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-142.

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date **13.05.2025.**

ВД ДИРЕКТОРА

мр Драган Пушара