



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Сектор контроле квалитета
Контролно тело-Лабораторија за контролисање водомера
Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
ISO/IEC 17020:2012, type C

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Периодично и ванредно контролисање водомера за хладну воду називног пречника од 13 mm до 40 mm, називног протока до 10 m³ /h (Опсег протока је од 0,03 m³ /h до 20 m³ /h) / Initial, periodical and extraordinary inspection of cold water meters with nominal diameters ranging from 13 mm to 40 mm, nominal flow of up to 10 m³ /h (Flow measuring range is from 0.03 m³ /h to 20 m³ /h);
- Периодично и ванредно контролисање водомера за хладну воду називног пречника од 50 mm до 100 mm, називног протока до 75 m³ /h (Опсег протока је од 0,45 m³ /h до 75 m³ /h) / Initial, periodical and extraordinary inspection of cold water meters with nominal diameters ranging from 50 mm to 100 mm, nominal flow of up to 75 m³ /h (Flow measuring range is from 0.45 m³ /h to 75 m³ /h)

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-04 Мерни инструменти (мерила)				
1.	Водомери за хладну воду називног пречника од 13 mm до 40 mm називног протока до 10 m ³ /h (Опсег протока је од 0,03 m ³ /h до 20 m ³ /h)	Периодично контролисање* Ванредно контролисање*	Правилник о метролошким условима за водомере („Службени лист СФРЈ“ бр. 51/86) Метролошко упутство за преглед водомера („Гласник СЗМДМ“ бр. 2/90) *у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС“ број 3/18)	Л1
2.	Водомери за хладну воду називног пречника од 50 mm до 100 mm називног протока до 75 m ³ /h (Опсег протока је од 0,45 m ³ /h до 75 m ³ /h)	Периодично контролисање* Ванредно контролисање*	Правилник о метролошким условима за водомере („Службени лист СФРЈ“ бр. 51/86) Метролошко упутство за преглед водомера („Гласник СЗМДМ“ бр. 2/90) *у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС“ број 3/18)	Л1

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Крагујевац, Лепенички булевар 33, (lpvkg043@gmail.com)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-053**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 18.08.2026.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара