



## ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

### *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**ЈП Водовод Врање**  
**Лабораторија за контролисање водомера**  
**Врање, Београдска 63**

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
*(ISO/IEC 17020:2012, type C)*

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Контролисање у области мерних инструмената: водомери за хладну воду/ *Inspection in the field of measuring instruments: cold water meters*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р.бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-04: Мерни инструменти (мерила)</b>				
1.	Водомери за хладну воду називног пречника од 13 mm до 40 mm, називног протока до 10 m <sup>3</sup> /h (Опсег протока је од 0,03 m <sup>3</sup> /h до 20 m <sup>3</sup> /h)	Периодично контролисање *  Ванредно контролисање *	Правилник о метролошким условима за водомере („Службени лист СФРЈ”, бр. 51/86)  Метролошко упутство за преглед водомера („Гласник СЗМДМ”, бр. 2/90)  *у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Сл. гласник РС”, бр. 3/18)	Л1
2.	Водомери за хладну воду називног пречника од DN15 до DN40, температурне класе до Т50, класе тачности 2, сталног протока Q <sub>3</sub> до 16 m <sup>3</sup> /h и односа Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub> (R) до 160	Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, бр. 3/18), Прилог 1 и Прилог 3 (MI001) OIML R49-1:2006 OIML R49-2:2004 SRPS EN 14154-1:2011 - „повучен“ SRPS EN 14154-3:2011 - „повучен“	Л1

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Брање, Радничка бб, Власта Трајковић 0652069144 <a href="mailto:vlasta.trajkovic@gmail.com">vlasta.trajkovic@gmail.com</a>

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-165**  
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / **03.10.2026.**  
Accreditation expiry date

**ДИРЕКТОР**

**мр Драган Пушара**