



**ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ**  
*Scope of Accreditation*

**Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body***

**KONVEH – ГАСНА И ВОДО ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД,  
Београд-Земун, Батајнички друм 299, спрат 1**

**Стандард / *Standard:***

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц  
(ISO/IEC 17020:2012, type C)**

**Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope***

- Контролисање у области мерних инструмената: гасомера са меховима, са и без температурне компензације / *Inspection in the field of measuring instruments: gas meters with bellows, with and without temperature compensation.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р.бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-04: Мерни инструменти (мерила)</b>				
1.	Гасомери са меховима, са и без температурне компензације, ознаке величине G2,5, G4 и G6. Опсег протока који се контролише је од 0,025 m <sup>3</sup> /h до 10 m <sup>3</sup> /h	Периодично контролисање* Ванредно контролисање*	Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине гаса („Службени лист СРЈ“ бр.45/1998)  Метролошко упутство за преглед гасомера („Гласник СЗМДМ“ бр.2/2000)  *У вези са чл.26 Правилника о мерилима („Сл. Гласник РС“, бр. 3/2018)	Л1, Л2

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Улица ЈНА 19, Ковин, контакт тел.: 063/8550327; e-mail: kt@konvexgv.rs
Л2	Батајнички друм 299, спрат 1, Београд-Земун, контакт тел.: 011/2197392; e-mail: office@konvexgv.rs

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-113**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

Акредитација важи до /  
*Accreditation expiry date* 19.11.2024.

**ДИРЕКТОР**

мр Драган Пушара