



**ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ**  
*Scope of Accreditation*

**Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body***

**ВАГА - БЕТА ЛАБ ДОО НИШ**  
**Иве Андрића 14, Ниш**

**Стандард / *Standard:***

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
*(SRPS ISO/IEC 17020:2012, type C)*

**Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope***

- Контролисање у области мерних инструмената: мерила масе / *Inspection in the field of measuring instruments: mass meters*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
<b>К-04: Мерни инструменти (мерила)</b>			
1.	<b>Неаутоматске ваге:</b> - класе тачности (II) до 11 kg - класе тачности (III) и (III) до 3000 kg	Периодично контролисање Ванредно контролисање	Правилник о неаутоматским вагама ("Сл. гласник РС", бр. 29/2018 и 90/2023 - др. правилник)  SRPS EN 45501: 2015  Правилник о оверавању неаутоматских вага ("Сл. гласник РС", бр. 99/2023)
2.	<b>Ваге за грађевинске сврхе</b> класе тачности 1, 2, 3 до 3000 kg	Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање	Правилник о метролошким условима за мерила масе - ваге за грађевинске сврхе ("Службени лист СФРЈ", бр. 19/1986)  УП.02

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
УП.02	УП.02 Радно упутство за контролисање грађевинских вага (Издање/Измена:0 од 02.11.2020.)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-373**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

Акредитација важи до / **14.06.2026.**  
*Accreditation expiry date*

**ДИРЕКТОР**

**мр Драган Пушара**