



## ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

### *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наиссус Ниш  
Ниш, Књегинје Љубице 1/1

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
(*ISO/IEC 17020:2012, type C*)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Контролисање у области мерних инструмената: водомери за хладну воду / *Inspection in the field of measuring instruments: cold water meters*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р.Бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-04: Мерни инструменти (мерила)</b>				
1.	<p>Водомери за хладну воду до температуре Т 30°C, називног пречника од 13 mm до 40 mm, називног протока до 10 m<sup>3</sup>/h (опсег протока је од 0,015 m<sup>3</sup>/h до 20 m<sup>3</sup>/h)</p> <p>Водомери за хладну воду до температуре Т 30°C, називног пречника од 50 mm до 150 mm, називног протока до 150 m<sup>3</sup>/h (опсег протока је од 0,12 m<sup>3</sup>/h до 150 m<sup>3</sup>/h)</p>	<p>Редовно контролисање *</p> <p>Ванредно контролисање *</p>	<p>Правилник о метролошким условима за водомере („Службени лист СФРЈ” бр. 51/1986)</p> <p>Метролошко упутство за преглед водомера („Гласник СЗМДМ” бр. 2/1990)</p> <p>* у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, бр. 3/2018)</p>	Л1
2.	<p>Водомери за хладну воду, класе температуре Т30, класе тачности 2, називног пречника од 50 mm до 150 mm, сталног протока Q3 до 160 m<sup>3</sup>/h и односа протока R = Q3/Q1 до 1250</p>	<p>Периодично контролисање</p> <p>Ванредно контролисање</p>	<p>Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, бр. 3/2018), Прилог 1 и Прилог 3 (MI-001)</p> <p>OIML R 49-1:2006</p> <p>OIML R 49-2:2004</p> <p>SRPS EN 4064-1:2017</p> <p>SRPS EN 4064-2:2017</p>	Л1

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Ниш, Петра Пајића 4, Милан Митић 0631052703 <a href="mailto:milan.mitic@naissus.co.rs">milan.mitic@naissus.co.rs</a>

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-147**  
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / **16.12.2025.**  
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара