



## ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

### *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**AD VAGAR FUTOG, Контролно тело  
Футог, Уроша Предића 1**

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц  
(ISO/IEC 17020:2012, type C)**

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Контролисање у области мерних инструмената: мерила масе / *Inspection in the field of measuring instruments: mass meters*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
<b>К-04 Мерни инструменти (мерила)</b>			
1.	Неаутоматске ваге: класе тачности (I) до 500 g класе тачности (II) до 40 kg класе тачности (III) и (III) до 100 t	Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о неаутоматским вагама („Службени гласник РС”, бр. 29/18)  SRPS EN 45501:2015
2.	Аутоматске дозирне ваге класе тачности (A) и (B) до 1500 kg	Периодично контролисање *  Ванредно контролисање *	Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функционисањем („Службени лист СФРЈ”, бр. 1/1984)  Метролошко упутство за преглед мерила масе - вага са аутоматским функционисањем („Гласник ЗМДМ”, бр. 2/1994)  * у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)
3.	Ваге за грађевинске сврхе класе тачности (III) и (III) до 6000 kg	Прво контролисање  Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о метролошким условима за мерила масе - ваге за грађевинске сврхе („Службени лист СФРЈ”, бр. 19/1986)  QM 02.RU-02 Упутство за контролисање усаглашености вага за грађевинске сврхе са техничким и метролошким захтевима (ВАГАР, 2010.)

4.	<b>Тегови од 500 g до 20 kg класе тачности M2</b>	Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање	Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg („Службени лист СФРЈ”, бр. 54/1988 и 6/1989) Правилник о метролошким упутствима за преглед тегова од 1 mg до 50 kg („Гласник СЗМДМ“, бр. 3/1981)
5.	<b>Аутоматске дозирне ваге: класа тачности X (0,2) до 500 g класа тачности X (0,5) до 40 kg класа тачности X (1) и X (2) до 1500 kg</b>	Периодично контролисање Ванредно контролисање	Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, бр. 3/2018) OIML R61-1:2004

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-081**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

**Акредитација важи до /** **30.10.2027.**  
*Accreditation expiry date*

**ДИРЕКТОР**

**мр Драган Пушара**